

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : cont-I  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۱۰/۱۰:

سری ساخت : fn00۰۹۱۷۳

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-CLIA  
عنوان دستگاه : Abbot

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۷	۳.۳۳۳	۱۵.۰۰۱	۱۸.۳۳۴	۲۱.۶۶۷	۲۵	۲۸.۳۳۳	۳۱.۶۶۶	۳۴.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۳۱.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۳۰.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۷

CV%: 9.457	SD: 2.659	Mean: 28.12
------------	-----------	-------------

