

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : cont-I  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۱۰/۱۰:

سری ساخت : fn00۰۹۱۷۳

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-CLIA  
عنوان دستگاه : Abbot

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۷	۳.۳۳۳	۱۵.۰۰۱	۱۸.۳۳۴	۲۱.۶۶۷	۲۵	۲۸.۳۳۳	۳۱.۶۶۶	۳۴.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۲۵.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۸.۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳

مقدار	تاریخ
۲۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۲۸.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۳۰.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۲۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۲۷.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۲۸.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۳۰.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۲۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۲۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳۱.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۲۸.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۳۱.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۳۰.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

CV%: 8.684	SD: 2.413	Mean: 27.79
------------	-----------	-------------