

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-CLIA  
عنوان دستگاه : لیازون سری ساخت : -/۰  
عنوان کنترل : pooled serum  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴.۳۶۳	۵.۲۸۸	۱۰۵.۳۳۶	۱۱۰.۶۲۴	۱۱۵.۹۱۲	۱۲۱.۲	۱۲۶.۴۸۸	۱۳۱.۷۷۶	۱۳۷.۰۶۴

مقدار	تاریخ
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸

CV%: 5.144	SD: 6.333	Mean: 123.111
------------	-----------	---------------

