

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۲/۰۶:
pooled serum

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :
لیازون
سری ساخت : -/۰
Rubella Ab (IgG)-CLIA

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۴.۷۴۶	۵.۸۲۵	۱۰۵.۲۵۸	۱۱۱.۰۸۳	۱۱۶.۹۰۸	۱۲۲.۷۳۳	۱۲۸.۵۵۸	۱۲۴.۲۸۳	۱۴۰.۲۰۸

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

CV%: 6.382	SD: 7.867	Mean: 123.269
------------	-----------	---------------