

MULTI I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۰/۲۰:

سری ساخت : FNOO۱۴۵۴۳

Rubella Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۲۴۶	۰.۲۶۵	۲.۴۱۵	۲.۶۸	۲.۹۴۵	۳.۲۱	۳.۴۷۵	۳.۷۴	۴.۰۰۵

مقدار	تاریخ
۳.۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲.۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲.۹۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳.۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲.۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲.۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲.۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲.۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲.۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳.۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲.۹۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲.۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲.۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲.۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳.۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۹

CV%: 7.257	SD: 0.217	Mean: 2.993
------------	-----------	-------------

