

MULTI I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۶/۱۸:

سری ساخت : FN0014542

Rubella Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۰	۰.۵۸۳	۱.۷۵۱	۲.۳۳۴	۲.۵	۴.۰۸۳	۴.۶۶۶	۵.۲۴۹

مقدار	تاریخ
۳.۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۳.۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳.۷۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۳.۸۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳.۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۳.۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳.۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳.۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳.۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳.۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳.۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳.۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۳.۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳.۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۳.۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳.۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳.۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳.۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۳.۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۳.۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۳.۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۳.۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳.۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳.۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳.۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳.۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳.۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳.۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳.۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳.۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

CV%: 7.654	SD: 0.261	Mean: 3.409
------------	-----------	-------------

