

MULTI I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۲۰:

سری ساخت : FN00۱۹۲۳۱

Rubella Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۱	۰.۵۸۳	۱.۷۵۱	۲.۳۳۴	۲.۹۱۷	۳.۵	۴.۰۸۳	۴.۶۶۶	۵.۲۴۹

مقدار	تاریخ
۴.۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۴.۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴.۵۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴.۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۴.۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۱

مقدار	تاریخ
۴.۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۴.۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴.۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳.۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۳.۴۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۴.۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۶

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۳.۹۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳.۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳.۸۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳.۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۳.۹۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳.۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۷

CV%: 8.142	SD: 0.328	Mean: 4.025
------------	-----------	-------------

