

عنوان کنترل : abbot II
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۲۷:

سری ساخت : BE00۴۲۵۲۵

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۱	۰.۵۸۳	۱.۷۵۱	۲.۳۳۴	۲.۹۱۷	۳.۵	۴.۰۸۳	۴.۶۶۶	۵.۲۴۹

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۴.۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۴.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۳.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۳.۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۴.۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳.۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۰

CV%: 11.758	SD: 0.476	Mean: 4.051
-------------	-----------	-------------

