

عنوان کنترل : abbot II  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۹/۲۷:

سری ساخت : BE00۴۲۵۲۵

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM  
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۷۵۸	۰.۴۷۶	۲.۶۳۳	۲.۰۹۹	۲.۵۷۵	۴.۰۵۱	۴.۵۲۷	۵.۰۰۳	۵.۴۷۹

مقدار	تاریخ
۴.۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳.۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴.۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۴.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۴.۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۴.۰۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۴.۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴.۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۴.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴.۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۴.۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳.۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴.۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۴.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴.۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 8.65	SD: 0.393	Mean: 4.549
-----------	-----------	-------------

