

عنوان کنترل : abbot II
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۲۷:

سری ساخت : BE00۴۲۵۲۵

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۸۲۲	۰.۴۳۵	۲.۱۲۷	۲.۵۶۲	۲.۹۹۷	۴.۴۳۲	۴.۸۶۷	۵.۳۰۲	۵.۷۳۷

مقدار	تاریخ
۴.۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۴.۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۴.۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۴.۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴.۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۴.۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴.۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸

CV%: 6.121	SD: 0.302	Mean: 4.936
------------	-----------	-------------

