

diasorin : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

سری ساخت : ۵۵۶۰۴۴۰

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM  
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۲۰۳	۶,۰۱۸	۶۵,۴۹۶	۷۱,۵۱۴	۷۷,۵۳۲	۸۳,۵۵	۸۹,۵۶۸	۹۵,۵۸۶	۱۰۱,۶۰۴

مقدار	تاریخ
۹۷,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۹۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

CV%: 10.79	SD: 8.907	Mean: 82.55
------------	-----------	-------------

