

دیا سورین : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

سری ساخت : ۵۵۶۰۴۴۰

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM  
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹,۵۱۳	۷,۸۷۸	۵۹,۱۷۶	۶۷,۰۵۴	۷۴,۹۳۲	۸۲,۸۱	۹۰,۶۸۸	۹۸,۵۶۶	۱۰۶,۴۴۴

مقدار	تاریخ
۶۱,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۹۲,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۸۷,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 11.162	SD: 9.135	Mean: 81.841
-------------	-----------	--------------

