

diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

سری ساخت : ۵۵۶۰۴۴۰

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱,۰۵۴	۹,۰۵۳	۵۴,۷۳۸	۶۳,۷۹۱	۷۲,۸۴۴	۸۱,۸۹۷	۹۰,۹۵	۱۰۰,۰۰۳	۱۰۹,۰۵۶

مقدار	تاریخ
۱۰,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۶۰,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۸۱,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۷۸,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۸۱,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۸۱,۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۹۰,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۱,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۰,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲

CV%: 11.698	SD: 9.794	Mean: 83.729
-------------	-----------	--------------

