

عنوان کنترل : abbot II  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۳/۲۴:

سری ساخت : /r01۲۷۶۱۶

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM  
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۱	۰.۵۸۳	۱.۷۵۱	۲.۳۳۴	۲.۹۱۷	۳.۵	۴.۰۸۳	۴.۶۶۶	۵.۲۴۹

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۴.۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۳.۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۴.۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۴.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۴.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۴.۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۴.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۴.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۴.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۴.۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۴.۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۴.۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹

مقدار	تاریخ
۴.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۴.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۴.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۳.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۴.۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳.۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۲
۴.۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۴.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۵

CV%: 8.986	SD: 0.373	Mean: 4.154
------------	-----------	-------------

