

diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

سری ساخت : ۵۵۶۰۴۴۰

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۷,۷۷۸	۵۱,۶۶۶	۵۹,۴۴۴	۶۷,۲۲۲	۷۵	۸۲,۷۷۸	۹۰,۵۵۶	۹۸,۳۳۴

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۹۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

مقدار	تاریخ
۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۸۴,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۸۹,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۷۲,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۸۰,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۸۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶

CV%: 8.114	SD: 6.881	Mean: 84.8
------------	-----------	------------

