

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

MULTI I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۰/۳۰:

سری ساخت : FNOO۱۴۵۴۳

Rubella Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۱	۰.۵۸۳	۱.۷۵۱	۲.۳۳۴	۲.۹۱۷	۳.۵	۴.۰۸۳	۴.۶۶۶	۵.۲۴۹

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۳.۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۱
۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۵
۳.۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۶
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۷
۳.۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۸
۳.۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۳.۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۳.۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۳.۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۳.۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۳.۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۳.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۴.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳.۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳.۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۳.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۳.۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۳.۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۱
۳.۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۲
۳.۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۳
۳.۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۴
۳.۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۵
۳.۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۷
۳.۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۳.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۳.۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵

CV%: 10.208	SD: 0.347	Mean: 3.398
-------------	-----------	-------------

