

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
 عنوان دستگاه : لیازون
 عنوان کنترل : سری ساخت : /۰۰
 عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
 پولد سرم

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۱۳.۴۰۳	۱۰.۷۴۱	۴۷.۹۱	۵۸.۶۵۱	۶۹.۳۹۳	۸۰.۱۳۳	۹۰.۸۷۴	۱۰۱.۶۱۵	۱۱۲.۳۵۶

مقدار	تاریخ
۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۷۶.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۷۴.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۷۸.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 14.195	SD: 10.614	Mean: 74.773
-------------	------------	--------------