

عنوان کنترل : کنترل مثبت

Anti SCL-70

عنوان آزمایش :

(Ab)Topoisomerase

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

سری ساخت : ۲۳۱۹۸

الایزایدر

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۴,۲۷۴	۸,۲۲۷	۳۲,۹۵۵	۴۱,۱۸۲	۴۹,۴۰۹	۵۷,۶۳۶	۶۵,۸۶۳	۷۴,۰۰۹	۸۲,۳۱۷

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 15.361	SD: 8.756	Mean: 57
-------------	-----------	----------

