

عنوان آزمایش : Anti SSA (Ro)
عنوان دستگاه : الیزاریدر
عنوان کنترل : کنترول مثبت
سری ساخت : ۲۰۴۹۹
شروع کنترول : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۰	۶.۶۶۷	۲۹.۹۹۹	۳۶.۶۶۶	۴۳.۳۳۳	۵۰	۵۶.۶۶۷	۶۳.۳۳۴	۷۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۵۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۴۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
		۴۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۶
		۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۹
CV%: 12.342		SD: 5.935		Mean: 48.091	

