

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۳/۰۱:

سری ساخت : L2A3۲۷

عنوان آزمایش : OH Progesterone ۱۷
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD _{۲-}	SD _{۲-}	SD _{۱-}	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۷.۱	۰.۱۲۵	۰.۲۵	۰.۳۷۵	۰.۵	۰.۶۲۵	۰.۷۵	۰.۸۷۵	۱

مقدار	تاریخ
۰.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۰.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۰.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۰.۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۰.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۰.۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۰.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۰.۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۰.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۰.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۰.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۰.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۰.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۰.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳

CV%: 19.803	SD: 0.119	Mean: 0.6
-------------	-----------	-----------

