

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۴	۵.۹۶۷	۴۱.۶۹۹	۴۷.۶۶۶	۵۳.۶۳۳	۵۹.۶	۶۵.۵۶۷	۷۱.۵۳۴	۷۷.۵۰۱

مقدار	تاریخ
۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱

CV%: 7.362	SD: 4.571	Mean: 62.091
------------	-----------	--------------

