

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : FSH
عنوان دستگاه : abbot

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₂ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₂ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳.۶ | ۰.۲۳۸ | ۲.۸۶۱ | ۳.۰۹۹ | ۳.۳۳۷ | ۳.۵۷۵ | ۳.۸۱۳ | ۴.۰۵۱ | ۴.۲۸۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
| ۳.۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
| ۳.۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
| ۳.۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
| ۳.۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
| ۳.۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
| ۳.۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
| ۳.۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
| ۳.۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
| ۳.۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
| ۳.۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
| ۳.۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
| ۳.۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
| ۳.۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
| ۳.۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
| ۳.۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
| ۳.۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
| ۳.۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
| ۳.۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
| ۳.۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
| ۳.۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
| ۳.۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
| ۳.۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
| ۳.۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
| ۳.۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
| ۳.۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
| ۳.۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
| ۳.۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
| ۳.۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
| ۳.۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
| ۳.۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| ۳.۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.275 | SD: 0.144 | Mean: 3.362 |
|------------|-----------|-------------|

