

عنوان آزمایش : (Estriol (Free
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : randoxII
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
سری ساخت : ۸۱۵۳

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۹.۲۲۸	۰.۲۵۸	۲.۰۱۹	۲.۲۷۷	۲.۵۳۵	۲.۷۹۳	۲.۰۵۱	۲.۳۰۹	۲.۵۶۷

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۲.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

CV%: 8.041	SD: 0.218	Mean: 2.715
------------	-----------	-------------

