

عنوان آزمایش : Inhibin A  
عنوان دستگاہ : الیزابیدر  
عنوان کنترل : CONTROL-I  
سری ساخت : ۲۱۰۳۱۹ /  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۹.۷۲۲	۱۱.۹۵۵	۸۷.۱۰۲	۹۹.۰۵۷	۱۱۱.۰۱۲	۱۲۲.۹۶۷	۱۳۴.۹۲۲	۱۴۶.۸۷۷	۱۵۸.۸۳۲

مقدار	تاریخ
۱۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷

CV%: 5.539	SD: 6.841	Mean: 123.5
------------	-----------	-------------

