

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۳.۲	۰.۲۳۸	۲.۸۸۱	۳.۱۱۹	۳.۳۵۷	۳.۵۹۵	۳.۸۳۳	۴.۰۷۱	۴.۳۰۹

مقدار	تاریخ
۳.۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳.۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳.۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۳.۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳.۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳.۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۳.۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳.۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳.۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳.۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳.۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳.۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳.۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳.۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳.۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳.۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳.۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳.۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۳.۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳.۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۳.۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳.۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳.۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳.۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۳.۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳.۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳.۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۳.۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳.۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳.۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۱

CV%: 4.568	SD: 0.166	Mean: 3.623
------------	-----------	-------------

