

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۲/۱۸:

سری ساخت : ۲۵۷۱۰۲۱۱

Progesterone : عنوان آزمایش :  
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۶	۰.۰۷۲	۰.۵۰۶	۰.۵۷۸	۰.۶۵	۰.۷۲۲	۰.۷۹۴	۰.۸۶۶	۰.۹۳۸

مقدار	تاریخ
۰.۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۰.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۰.۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۰.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۰.۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۰.۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۰.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۰.۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۰.۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۰.۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۰.۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۰.۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۰.۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۰.۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۰.۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۰.۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۰.۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۰.۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۰.۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۰.۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۰.۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۰.۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱

CV%: 6.599	SD: 0.051	Mean: 0.769
------------	-----------	-------------

