

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۲/۳۱:

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

Testosterone : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۳	۳.۰۱۷	۲۰.۹۹۹	۲۴.۰۱۶	۲۷.۰۳۳	۳۰.۰۵	۳۳.۰۶۷	۳۶.۰۸۴	۳۹.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۴
۲۸.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۹.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲۸.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲۸.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۸.۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۷.۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۳.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۱.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۱.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۹

CV%: 8.357	SD: 2.647	Mean: 31.668
------------	-----------	--------------

