

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس E411
عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۴۵۴	۱۲,۳۲۲	۱۲۸,۳۴۷	۱۴۰,۶۶۹	۱۵۲,۹۹۱	۱۶۵,۳۱۳	۱۷۷,۶۳۵	۱۸۹,۹۵۷	۲۰۲,۲۷۹

مقدار	تاریخ
۱۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷

CV%: 4.217	SD: 7.08	Mean: 167.875
------------	----------	---------------

