

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : EC۲۱۸۷
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
عنوان کنترل : permium plus III

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱,۷	۱,۳	۱۱,۸	۱۳,۱	۱۴,۴	۱۵,۷	۱۷	۱۸,۳	۱۹,۶

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۳,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۴,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶

CV%: 9.948	SD: 1.55	Mean: 15.58
------------	----------	-------------

