

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۴.۳۷۳	۰.۲۷۳	۵.۴۳۳	۵.۶۹۶	۵.۹۶۹	۶.۲۴۲	۶.۵۱۵	۶.۷۸۸	۷.۰۶۱

مقدار	تاریخ
۵.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۶.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۶.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۶.۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۶.۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۶.۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۶.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۵.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۶.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۵.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶

CV%: 4.73	SD: 0.288	Mean: 6.094
-----------	-----------	-------------

