

عنوان آزمایش : Primidone  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۵.۵۴۸	۰.۲۹۳	۴.۴۰۸	۴.۷۰۱	۴.۹۹۴	۵.۲۸۷	۵.۵۸	۵.۸۷۳	۶.۱۶۶

مقدار	تاریخ
۴.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۴.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۴.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۴.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۵.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۵.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۵.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۴.۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴.۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷

CV%: 3.947	SD: 0.198	Mean: 5.025
------------	-----------	-------------

