

عنوان آزمایش : Tacrolimus

عنوان دستگاه : سری ساخت : 461977 e 411 کوباس

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/08/18

Perci con-3

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
21.5	19.85	18.2	16.55	14.9	13.25	11.6	1.65	2.9

تاریخ	مقدار
27/10/1400	17.56
29/10/1400	16.5
02/11/1400	18.1
04/11/1400	18.8

تاریخ	مقدار
15/10/1400	17.9
18/10/1400	17.4
20/10/1400	17.7
22/10/1400	17.1
25/10/1400	17.84

تاریخ	مقدار
04/10/1400	14.9
06/10/1400	16.4
08/10/1400	18
11/10/1400	17.9
13/10/1400	18.3

Mean: 17.457	SD: 0.982	CV%: 5.625
--------------	-----------	------------

