

عنوان کنترل : perci con-2
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۱۸:

عنوان آزمایش : Tacrolimus
عنوان دستگاه : کوپاس e 411
سری ساخت : ۴۶۱۹۷۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۵	۰.۹۰۳	۶.۲۸۱	۷.۱۸۴	۸.۰۸۷	۸.۹۹	۹.۸۹۳	۱۰.۷۹۶	۱۱.۶۹۹

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸.۷	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۹.۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۸.۸۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۹.۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۸.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۸.۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۸.۹۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۹.۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۹.۵۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۷.۸۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۷.۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۸.۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۸.۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۸.۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹

CV%: 7.082	SD: 0.62	Mean: 8.76
------------	----------	------------

