

architect III : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۸:

سری ساخت : ۰۱۶۰۶۱۸۲

عنوان آزمایش : Tacrolimus
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۷	۱.۸۸۳	۱۳.۳۰۱	۱۵.۱۸۴	۱۷.۰۶۷	۱۸.۹۵	۲۰.۸۳۳	۲۲.۷۱۶	۲۴.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۲۰.۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۷.۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۰.۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۱.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۸.۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۷.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۹.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶

CV%: 7.124	SD: 1.384	Mean: 19.422
------------	-----------	--------------

