

multichemII : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۸/۰۱:

سری ساخت : ۰۲۱۱۱۹۲

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۳	۱.۴۶۷	۱۰.۱۹۹	۱۱.۶۶۶	۱۳.۱۳۳	۱۴.۶	۱۶.۰۶۷	۱۷.۵۳۴	۱۹.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۵.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۴.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۱۵.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲

مقدار	تاریخ
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۷.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۵.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸

CV%: 5.798	SD: 0.884	Mean: 15.243
------------	-----------	--------------

