

architect I : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

سری ساخت : ۰۲۲۱۱۲۰۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :

Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۷	۰.۵	۳.۵۱	۴.۰۱	۴.۵۱	۵.۰۱	۵.۵۱	۶.۰۱	۶.۵۱

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۵.۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶.۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵.۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۵.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵.۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

CV%: 8.391	SD: 0.441	Mean: 5.25
------------	-----------	------------

