

Perci con-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۵۷۷۹۱۳ e کوباس 411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹	۱,۶	۱۱,۳	۱۲,۹	۱۴,۵	۱۶,۱	۱۷,۷	۱۹,۳	۲۰,۹

مقدار	تاریخ
۱۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۶,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۱۷,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۷,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۷,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱۷,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۷,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 4.386	SD: 0.742	Mean: 16.92
------------	-----------	-------------

