

architect I : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

سری ساخت : ۰۲۲۱۱۲۰۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :

Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۶.۴۷۴	۰.۳۴۳	۴.۲۶۸	۴.۶۱۱	۴.۹۵۴	۵.۲۹۷	۵.۶۴	۵.۹۸۳	۶.۳۲۶

مقدار	تاریخ
۵.۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۵.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۵.۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۵.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۵.۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۵.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 3.939	SD: 0.206	Mean: 5.233
------------	-----------	-------------

