

architect I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت: ۰۲۲۱۱۲۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۵	۰,۲۵	۴,۳۰۳	۴,۵۵۳	۴,۸۰۳	۵,۰۵۳	۵,۳۰۳	۵,۵۵۳	۵,۸۰۳

مقدار	تاریخ
۵,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۵,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۴,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶

CV%: 4.082	SD: 0.2	Mean: 4.9
------------	---------	-----------

