

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

Testosterone-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۳	۳.۱۶۷	۲۲.۲۹۹	۲۵.۴۶۶	۲۸.۶۳۳	۳۱.۸	۳۴.۹۶۷	۲۸.۱۳۴	۴۱.۳۰۱

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۳۱.۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۳۴.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۳۷.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۳۶.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۵.۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۳۳.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۳۱.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۳۱.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۳۴.۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۳۱.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۷.۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۳۴.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۳۵.۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۳۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۳۳.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۳۴.۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۳۲.۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۳۵.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۳۴.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۳۴.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۱.۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳۲.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۴.۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۲

CV%: 6.138	SD: 2.171	Mean: 35.375
------------	-----------	--------------

