

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Testosterone-CLIA
عنوان دستگاه : ABBOT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۳	۱.۹۳۳	۱۳.۵۰۱	۱۵.۴۳۴	۱۷.۳۶۷	۱۹.۳	۲۱.۲۳۳	۲۳.۱۶۶	۲۵.۰۹۹

مقدار	تاریخ
۱۹.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۰.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲۱.۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۹.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۹.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۹.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۰.۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۹.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۸.۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۹.۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۰.۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۹.۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۸.۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۹.۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۰.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۹.۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۹.۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 7.733	SD: 1.475	Mean: 19.075
------------	-----------	--------------

