

عنوان کنترل : ABBOTT-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Testosterone-CLIA  
عنوان دستگاه : ABBOT

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷.۸۶۳	۱.۶۸۹	۱۶.۴۱۶	۱۸.۱۰۵	۱۹.۷۹۴	۲۱.۴۸۳	۲۳.۱۷۳	۲۴.۸۶۱	۲۶.۵۵

مقدار	تاریخ
۲۱.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۰.۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۹.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۹.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۲.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۹.۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۳.۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۲۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۲۳.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۴.۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۱.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۲۴.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۲۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۴.۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 6.975	SD: 1.573	Mean: 22.552
------------	-----------	--------------

