

عنوان کنترل : ABBOTT-3
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۳

عنوان آزمایش : Testosterone-CLIA
عنوان دستگاه : ABBOT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۰۲۱	۵۴.۸۹	۶۱۷.۰۹۷	۶۷۱.۹۸۷	۷۲۶.۸۷۷	۷۸۱.۷۶۷	۸۳۶.۶۵۷	۸۹۱.۵۴۷	۹۴۶.۴۳۷

مقدار	تاریخ
۷۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۷۸۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۷۸۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۷۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۷۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۶۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۶۸۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۶۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۶۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۶۸۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۶۹۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۷۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۷۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶۹۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶۸۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۷۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۷۹۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 5.082	SD: 36.686	Mean: 721.909
------------	------------	---------------

