

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۱/۲۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

Testosterone : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۳	۳.۱۶۷	۲۲.۲۹۹	۲۵.۴۶۶	۲۸.۶۳۳	۳۱.۸	۳۴.۹۶۷	۲۸.۱۳۴	۴۱.۳۰۱

مقدار	تاریخ
۳۴.۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۳۳.۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۱.۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۳۴.۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۴.۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۳۳.۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۳۶.۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۳۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸

مقدار	تاریخ
۳۲.۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۳۱.۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۳۶.۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۳۴.۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۱

CV%: 5.141	SD: 1.746	Mean: 33.957
------------	-----------	--------------

