

عنوان آزمایش : Testosterone
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۲۴۲۱۳۰۲
عنوان کنترل : عنوان کنترل I
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۷	۱۵	۱۰	۲۵	۴۰	۵۵	۷۰	۸۵	۱۰۰

مقدار	تاریخ
۴۰.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۰.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۴۶.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴۱.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۴۵.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
۴۹.۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۴۸.۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۰.۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۰.۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۹

CV%: 17.11	SD: 7.588	Mean: 44.35
------------	-----------	-------------

