

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۱۱:

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۱

Testosterone : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۸۱۲	۴.۷۳۴	۲۹.۵۱۵	۳۴.۲۳۹	۳۸.۹۶۳	۴۳.۶۸۷	۴۸.۴۱۱	۵۳.۱۳۵	۵۷.۸۵۹

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۴۵.۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۴۵.۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۳۹.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۴۰.۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳۷.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۰.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۳۶.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۵۰.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۴۴.۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۷.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۳۸.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱

CV%: 10.848	SD: 4.819	Mean: 44.424
-------------	-----------	--------------

