

Permium III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Testosterone : عنوان آزمایش :  
سری ساخت : EC۲۱۸۷  
Simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۳۳۹	۶۱,۵۸۱	۷۸۶,۷۹۵	۸۴۸,۳۷۶	۹۰۹,۹۵۷	۹۷۱,۵۳۸	۱۰۳۳,۱۱۹	۱۰۹۴,۷	۱۱۵۶,۲۸۱

مقدار	تاریخ
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۹۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۹۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۹۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۷

CV%: 6.079	SD: 60.808	Mean: 1000.25
------------	------------	---------------

