

Permium III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Testosterone : عنوان آزمایش :  
سری ساخت: EC۲۱۸۷ Simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۳۳۹	۵۲,۶۷۹	۸۲۸,۷۳	۸۸۱,۴۰۹	۹۳۴,۰۸۸	۹۸۶,۷۶۷	۱۰۳۹,۴۴۶	۱۰۹۲,۱۲۵	۱۱۴۴,۸۰۴

مقدار	تاریخ
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۹۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۹۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۸۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 5.947	SD: 58.188	Mean: 978.5
------------	------------	-------------

