

عنوان آزمایش : Testosterone
عنوان دستگاه : Simense
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۵.۹۲۲	۲.۷۴۲	۱۲.۲۷۴	۱۶.۰۱۶	۱۹.۷۵۸	۲۳.۵	۲۷.۲۴۲	۳۰.۹۸۴	۳۴.۷۲۶

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲۷.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰

CV%: 13.057	SD: 3.191	Mean: 24.441
-------------	-----------	--------------

