

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۲/۳۱:

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

Testosterone : عنوان آزمایش :  
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۳۵۷	۲.۶۴۷	۲۳.۷۳۷	۲۶.۳۷۴	۲۹.۰۲۱	۳۱.۶۶۸	۳۴.۳۱۵	۳۶.۹۶۲	۳۹.۶۰۹

مقدار	تاریخ
۳۳.۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۴
۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۵
۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۶
۳۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۷
۳۳.۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۸
۳۰.۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۹
۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۷.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۳۱.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۹.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳۹.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۳۶.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۳۶.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۱.۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۲

مقدار	تاریخ
۲۶.۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۶.۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۰.۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۳۷.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۶.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۸.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 9.966	SD: 3.07	Mean: 30.808
------------	----------	--------------

